

**Комисија за јавну набавку**

**Број: 01/2016**

**Датум: 19.05.2016**

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 01/2016 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијски потрошни материјал, од 12.05.2016.године, Наручилац доноси следеће:

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку мале вредности добра лабораторијски потрошни материјал 01/2016

- У вези са питањем заинтересованог лица које гласи:

1. Партија 7, ставка 2, Microamp Optical 8-cap strip.

Требају ли Вам поклопци за стрипове са равним (flat) или облим (domed) профилем?

- Наручилац појашњава

1. Морају бити са равним (flat) профилем, "Microamp Optical 8-cap strip" уз "Microamp Fast Reactions tubes", ABI Applied Biosystems/ThermoFischerSci, са одговарајућим карактеристикама материјала и профила који задовољавају услове специфичних фаст реакција у блоку "sterone plus" qpcr апарата.

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца [www.imi.bg.ac.rs](http://www.imi.bg.ac.rs).

Председник комисије  
Матија Кликовац с.р.