

Комисија за јавну набавку

Број: 05/2016

Датум: 08.12.2016

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 05/2016 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема, од 05.12.2016.године, Наручилац доноси следеће:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема 05/2016

- **У вези са питањима заинтересованог лица која гласе:**

Postovani,

Molimo razjasnite sledece:

Partija 2

1. Trazena je centrifuga dimenzije do maks. 38x64x29cm - da li su prihvatljive dimenzije 46x67x32cm?
2. Trazena je tezina centrifuge: maks. 56kg - da li je prihvatljiva tezina centrifuge od 71kg?
3. Trazen je nivo buke 54db - da li je prihvatljiv nivo buke 54db?
4. Trazen je kapacitet memorisanja minimum 50 programa i 5 programskih tastera - da li je prihvatljiv kapacitet memorisanja 90 programa i 4 programskih tastera

Partija 3

- 1.Trazen je inkubator zapremine 170Lit - da li je prihvatljiv inkubator zapremine 165Lit?
2. Trazena je dezinfekcija 4 sata na 120C - da li je prihvatljiva dekontaminacija 12 sati na 90C?
3. Tražena je unutrašnjost komore bez ventilatora - da li je prihvatljiva unutrašnjost komore sa ventilaatorom?
4. Trazen je IR CO2 senzor - da li je prihvatljiv TC senzor?
5. Trazen je LED ekran sa prikazom T i CO2 - da li je prihvatljiv touch-screen koji prikazuje sve parametre i funkcije inkubatora?
6. Trazen je RS-232 port - da li je prihvatljiv USB port?
7. Trazili ste dimenzije ne vece od 690x680x850mm - da li su prihvatljive dimenzije 637x790x905mm?

Partija 7

1. Da li je uz digestor neophodno isporuciti kiselootporni ventilator?

Unapred zahvaljujemo I molimo da potvrdite prijem ovog dopisa.

Наручилац појашњава

Партија 2

1. Уређај поменутих димензија, тежине, нивоа буке као и капацитета меморисања 90 програма и 4 програмска тастера сматраће се одговарајућим.

Партија 3

2. Уређај поменутих димензија, поменуте запремине, са ТС сензором сматраће се одговарајућим, touch-screen који приказује све параметре и функције инкубатора, као и са USB портом сматраће се одговарајућим.

Потребна је виша деконтаминација од 90С, културе са којима се ради су јако осетљиве.

Вентилатор у унутрашњости би стварао проблеме због осетљивости култура са којима се ради.

Партија 7

3. Да, пошто је остатак инсталације киселоотпоран.

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца www.imgge.bg.ac.rs.

Председник комисије
Матија Кликовац с.р.