

Комисија за јавну набавку

Број: 05/2016

Датум: 09.12.2016

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 05/2016 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема, од 05.12.2016.године, Наручилац доноси следеће:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема 05/2016

- **У вези са питањима заинтересованог лица која гласе:**

Postovani,

Molimo razjasnite sledece:

1. Molimo Vas da nam odgovorite na pitanje vezano za partiju 2:

Koja je namena laboratorijske centrifuge sa hlađenjem i ugaonim rotorom, odnosno za centrifugiranje kakvih uzoraka će biti korišćena?

Наручилац појашњава

Партија 2

1. Sa hlađenjem mora zato što 80% testova koje radimo zahteva temperaturu od 4C. Ugaoni rotor nam treba zato što nosači za epruvete od 50 i 10ml staju isključivo u takve rotore. Ctg će koristiti sve laboratorije na institutu pa će shodno tome služiti za veliki broj različitih uzoraka uključujući čak i kliničke analize tako da je vrlo važno da ovaj aparat zadovolji maksimum traženih karakteristika.

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца www.imgge.bg.ac.rs.

Председник комисије
Матија Кликовац с.р.