

Комисија за јавну набавку

Број: 05/2016

Датум: 14.12.2016

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 05/2016 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема, од 05.12.2016.године, Наручилац доноси следеће:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема 05/2016

- **У вези са питањима заинтересованог лица која гласе:**

Beograd, 13.12.2016. JN broj 05/2016

Predmet: Upit za pojašnjenje konkursne dokumentacije

PARTIJA 6, STAVKA 1: Mikseri, šejkeri, vodena kupatila Grant ili "odgovarajuće" U konkursnoj dokumentaciji naručilac kao zahtev navodi: Kapacitet za jednu epruvetu: 1 - 50ml PITANJE:

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike: Kapacitet za jednu epruvetu: 1.5 - 50ml

PARTIJA 6, STAVKA 5: Mikseri, šejkeri, vodena kupatila Grant ili "odgovarajuće" U konkursnoj dokumentaciji naručilac kao zahtev navodi: -Prosečna brzina grejanja: 5 minuta od 25°C do 100°C PITANJE:

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike: -Prosečna brzina grejanja: 5°C/min

PARTIJA 6, STAVKA 6: Mikseri, šejkeri, vodena kupatila Grant ili "odgovarajuće" U konkursnoj dokumentaciji naručilac kao zahtev navodi:

-Dimenzije radne površine: 460 x 360 mm

-Dimenzije šejkera: 400 x 480 x 250mm PITANJE:

Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike: -Dimenzije radne površine: 480 x 380 mm - Dimenzije šejkera: 430 x 480 x 210mm

S poštovanjem, Marko Vasović, med. biohemičar Stručni saradnik

Наручилац појашњава

Odgovori:

- 1. Odgovarajuće je ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike „Kapacitet za jednu epruvetu: 1.5 - 50ml“**
- 2. Odgovarajuće je ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike: „Prosečna brzina grejanja: 5°C/min“**
- 3. Odgovarajuće je ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike:**
 - a. Dimenzije radne površine: 480 x 380 mm**
 - b. Dimenzije šejkera: 430 x 480 x 210mm**

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца www.imgge.bg.ac.rs.

Председник комисије
Матија Кликовац с.р.