

Комисија за јавну набавку

Број: 08/2017

Датум: 24.11.2017

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 08/2017 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема, од 17.11.2017.године, Наручилац доноси следеће:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема 08/2017

- **У вези са питањима заинтересованог лица која гласе:**

1. Poštovani, Na strani 36/41 konkursne dokumentacije,u delu Tehničke karakteristike traži se da Spoljašnje dimenzije Biološke sigurnosne komore (biosafety cabinet) klase II ne budu veće od 1400 mm (širina) x 850 mm (dubina) x 1500 mm (visina). Pošto je komora koju nudimo u koncipirana po standardu EN 12469, molimo Vas da nam odgovorite da li su prihvatljiva manja odstupanja vezana za visinu (spoljašnje dimenzije komore 1374 mm (širina) x 794 (dubina) x 1602 (visina)), imajući u vidu da je u skladu sa zahtevanim standardom.

Наручилац појашњава

- 1. Prihvatljiva su navedena odstupanja u pogledu dimenzija.**

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца www.imi.bg.ac.rs.

Председник комисије
Матија Кликовац с.р.