

**Комисија за јавну набавку**

**Број: 08/2017**

**Датум: 24.11.2017**

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 08/2017 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема, од 17.11.2017.године, Наручилац доноси следеће:

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема 08/2017

- **У вези са питањима заинтересованог лица која гласе:**

**1. Poštovani,**

Molim odgovore na pitanja za JN 08/2017 za partiju 1. Biološka sigurnosna komora (biosafety cabinet) klase II:

1. Da li je prihvatljivo umesto ispod 52 dB, ponuditi nivo buke ispod 54 dB, gde je kabinet takođe u skladu sa EN12469?
2. Naveli ste: Spoljašnje dimenzije ne veće od 1400 mm (širina) x 850 mm (dubina) x 1500 mm (visina). Da li je prihvatljivo ponuditi dubinu 860 mm, dok bi se uklaњanjem zadњeg panela dubina mogla smanјiti na 780mm? Ostale dimenzije su ispod ili iste kao navedene вредности.

**Наручилац појашњава**

1. **Prihvatljivo je.**
2. **Prihvatljivo je.**

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца [www.imi.bg.ac.rs](http://www.imi.bg.ac.rs).

Председник комисије  
Матија Кликовац с.р.