

Комисија за јавну набавку

Број: 08/2017

Датум: 24.11.2017

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом број 08/2017 за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема, од 17.11.2017.године, Наручилац доноси следеће:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку мале вредности добра лабораторијска опрема 08/2017

- **У вези са питањима заинтересованог лица која гласе:**

1. оштовани,

molim Vas za dodatno pojašnjenje tendersne dokumentacije br JN 08/2017

Partija 2. Laboratorijska centrifuga

U tehničkoj specifikaciji ste naveli sledeće:

„Uključen rotor ili rotori sledećih karakteristika:

- Ugaoni rotor za minimum 8 tuba zapremine 15 ml i 10 ml, brzina sa ovim rotorom barem 6000 RPM
- Ugaoni rotor za minimum 12 mikrotuba 1,5 ml i 2ml, brzina sa ovim rotorom barem 18.000 RPM
- Ugaoni rotor za minimum 6 tuba od 50 ml, brzina sa ovim rotorom barem 6000 RPM (uz sve rotore ponuditi i odgovarajuće nosače/ adaptere za tube)"

Dakle, da li je potrebno ponuditi jedan od navedenih rotora ili sva tri rotora u tenderskoj dokumentaciji?

Наручилац појашњава

- 1. Potrebna su sva tri rotora.**

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца www.imi.bg.ac.rs.

Председник комисије
Матија Кликовац с.р.